Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN041520\
Data File : BN010503.D
Acq On : 15 Apr 2020 10:55
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 15 11:31:47 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN041320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Apr 13 18:04:22 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	88	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.431	-7.7	95	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.505	-26.2#	131	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.408	-2.0	89	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.435	-8.7	95	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.441	-10.2	95	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	90	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.425	-6.2	100	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.435	-8.7	99	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.406	-1.5	91	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.408	-2.0	93	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.443	-10.7	101	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	95	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.391	2.3	97	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.445	-11.2	105	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.419	-4.7	102	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.426	-6.5	102	0.00
18		Fluorene	0.400	0.429	-7.2	103	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	96	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.409	-2.2	102	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.424	-6.0	101	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.414	-3.5	118	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.446	-11.5	108	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.447	-11.7	111	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.433	-8.2	105	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.467	-16.8	113	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	108	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.421	-5.2	115	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.455	-13.7	127	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.419	-4.7	115	0.00
31		Chrysene	0.400	0.431	-7.7	119	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.342	14.5	98	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.455	-13.7	123	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	111	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.427	-6.7	119	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.444	-11.0	124	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.436	-9.0	123	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.449	-12.2	125	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.455	-13.7	126	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN041520\
Data File : BN010503.D
Acq On : 15 Apr 2020 10:55
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 15 11:31:47 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN041320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Apr 13 18:04:22 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0