Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN042420\
Data File : BN010588.D
Acq On : 24 Apr 2020 12:17
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 24 12:49:44 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN041320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 24 12:47:59 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	102	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.395	1.3	102	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.431	-7.7	131	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.437	-9.2	112	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.418	-4.5	107	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.428	-7.0	107	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	104	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.406	-1.5	110	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.413	-3.2	108	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.408	-2.0	105	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.462	-15.5	121	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.411	-2.7	108	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	104	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.343	14.2	93	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.409	-2.2	106	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.381	4.8	102	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.408	-2.0	107	0.00
18		Fluorene	0.400	0.397	0.8	104	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	102	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.393	1.8	104	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.426	-6.5	108	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.321	19.8	97	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.409	-2.2	105	0.00
24		Anthracene	0.400	0.377	5.8	99	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.429	-7.2	110	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.386	3.5	99	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	87	0.00
28		Pyrene	0.400	0.439	-9.7	96	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.437	-9.2	97	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.394	1.5	87	0.00
31		Chrysene	0.400	0.401	-0.3	89	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.349	12.8	80	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.448	-12.0	97	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	91	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.406	-1.5	92	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.408	-2.0	93	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.393	1.8	90	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.417	-4.2	94	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.436	-9.0	98	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN042420\
Data File : BN010588.D
Acq On : 24 Apr 2020 12:17
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Apr 24 12:49:44 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN041320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Apr 24 12:47:59 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0