Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN062920\
Data File : BN011065.D
Acq On : 29 Jun 2020 09:57
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 29 10:36:22 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 26 11:59:47 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	118	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.322	19.5	88	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.370	7.5	102	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.328	18.0	91	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.307	23.3	84	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.372	7.0	101	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	116	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.341	14.8	87	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.345	13.8	102	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.336	16.0	94	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.359	10.3	98	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.338	15.5	93	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	125	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.282	29.5#	88	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.336	16.0	101	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.318	20.5	101	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.316	21.0	98	-0.02
18		Fluorene	0.400	0.307	23.3	95	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	119	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.115	71.3#	37	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.327	18.3	94	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.328	18.0	93	0.00
23		Atrazine	0.400	0.000	100.0#	0	-16.39#
24		Pentachlorophenol	0.400	0.346	13.5	102	-0.02
25		Phenanthrene	0.400	0.323	19.3	93	0.00
26		Anthracene	0.400	0.330	17.5	98	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.345	13.8	103	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.318	20.5	91	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	110	0.00
30		Pyrene	0.400	0.359	10.3	97	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.357	10.8	95	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.343	14.2	91	0.00
33		Chrysene	0.400	0.366	8.5	100	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.383	4.3	103	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.267	33.3#	69	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	99	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.323	19.3	90	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.354	11.5	102	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.329	17.8	81	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.221	44.8#	62	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.251	37.3#	73	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN062920\
Data File : BN011065.D
Acq On : 29 Jun 2020 09:57
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 29 10:36:22 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 26 11:59:47 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0