Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN062920\
Data File : BN011071.D
Acq On : 29 Jun 2020 17:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 29 18:04:14 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 26 11:59:47 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	101	0.00
2		1,4-Dioxane	0.538	0.451	16.2	78	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.300	0.277	7.7	87	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.127	1.040	7.7	87	0.00
5	S	Phenol-d6	1.335	1.076	19.4	75	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.153	1.083	6.1	87	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	102	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.364	0.318	12.6	78	0.00
9		Naphthalene	1.215	1.051	13.5	90	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.293	0.253	13.7	85	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.706	0.630	10.8	86	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.814	0.695	14.6	82	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	106	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.176	0.136	22.7	82	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.866	1.633	12.5	89	0.00
16		Acenaphthylene	2.016	1.689	16.2	90	0.00
17		Acenaphthene	1.354	1.139	15.9	88	-0.01
18		Fluorene	1.727	1.407	18.5	85	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	105	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.067	0.040	40.3#	68	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.277	0.231	16.6	85	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.306	0.256	16.3	84	0.00
23		Atrazine	0.204	0.000	100.0#	0#	-16.39#
24		Pentachlorophenol	0.097	0.070	27.8#	76	-0.01
25		Phenanthrene	1.348	1.099	18.5	83	0.00
26		Anthracene	1.119	0.922	17.6	86	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.265	1.099	13.1	91	0.00
28		Fluoranthene	1.541	1.234	19.9	81	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	97	-0.01
30		Pyrene	1.539	1.376	10.6	86	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.074	0.965	10.1	85	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.386	1.171	15.5	80	-0.01
33		Chrysene	1.511	1.426	5.6	91	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.557	0.537	3.6	92	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.680	1.776	-5.7	97	0.00
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	94	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.582	1.275	19.4	85	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.645	1.418	13.8	94	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.405	1.146	18.4	75	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.515	1.335	11.9	93	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.569	1.383	11.9	97	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN062920\
Data File : BN011071.D
Acq On : 29 Jun 2020 17:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 29 18:04:14 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 26 11:59:47 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0