Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN062920\
Data File : BN011071.D
Acq On : 29 Jun 2020 17:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 29 18:04:14 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 26 11:59:47 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	101	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.335	16.3	78	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.370	7.5	87	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.369	7.8	87	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.323	19.3	75	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.376	6.0	87	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	102	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.349	12.8	78	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.346	13.5	90	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.346	13.5	85	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.357	10.8	86	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.342	14.5	82	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	106	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.309	22.8	82	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.350	12.5	89	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.335	16.3	90	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.337	15.8	88	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.326	18.5	85	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	105	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.240	40.0#	68	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.334	16.5	85	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.335	16.3	84	0.00
23		Atrazine	0.400	0.000	100.0#	0	-16.39#
24		Pentachlorophenol	0.400	0.291	27.3#	76	-0.01
25		Phenanthrene	0.400	0.326	18.5	83	0.00
26		Anthracene	0.400	0.330	17.5	86	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.347	13.3	91	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.320	20.0	81	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	97	-0.01
30		Pyrene	0.400	0.357	10.8	86	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.360	10.0	85	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.338	15.5	80	-0.01
33		Chrysene	0.400	0.378	5.5	91	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.386	3.5	92	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.423	-5.7	97	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	94	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.322	19.5	85	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.345	13.8	94	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.326	18.5	75	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.353	11.8	93	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.352	12.0	97	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN062920\
Data File : BN011071.D
Acq On : 29 Jun 2020 17:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jun 29 18:04:14 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 26 11:59:47 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0