Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070119\
Data File : BN006652.D
Acq On : 01 Jul 2019 08:39
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 02 05:03:21 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 13:47:56 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	108	0.00
2		1,4-Dioxane	0.554	0.586	-5.8	122	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.435	0.411	5.5	115	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.981	1.006	-2.5	115	0.00
5	S	Phenol-d6	1.299	1.282	1.3	112	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.158	1.166	-0.7	104	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	97	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.269	0.273	-1.5	106	0.00
9		Naphthalene	1.051	1.098	-4.5	99	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.216	0.237	-9.7	104	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.630	0.618	1.9	93	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.726	0.724	0.3	94	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	85	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.188	0.178	5.3	90	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.482	1.563	-5.5	90	-0.01
16		Acenaphthylene	1.907	1.943	-1.9	88	0.00
17		Acenaphthene	1.256	1.329	-5.8	88	0.00
18		Fluorene	1.585	1.597	-0.8	84	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	80	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.222	0.235	-5.9	85	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.280	0.305	-8.9	84	0.00
22		Pentachlorophenol	0.045	0.038	15.6	86	0.00
23		Phenanthrene	1.137	1.174	-3.3	82	0.00
24		Anthracene	0.987	0.997	-1.0	83	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.175	1.205	-2.6	81	0.00
26		Fluoranthene	1.382	1.443	-4.4	81	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	74	0.00
28		Pyrene	1.400	1.571	-12.2	81	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.838	0.910	-8.6	80	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.308	1.385	-5.9	80	-0.01
31		Chrysene	1.410	1.512	-7.2	75	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.658	0.771	-17.2	97	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.427	1.902	-33.3#	85	-0.01
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	76	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	1.361	1.373	-0.9	76	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	1.450	1.457	-0.5	75	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.272	1.362	-7.1	78	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.111	1.317	-18.5	84	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.109	1.353	-22.0	87	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070119\
Data File : BN006652.D
Acq On : 01 Jul 2019 08:39
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 02 05:03:21 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 13:47:56 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0