Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070119\
Data File : BN006668.D
Acq On : 01 Jul 2019 19:22
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 02 05:06:50 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 13:47:56 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	125	0.00
2		1,4-Dioxane	0.554	0.526	5.1	127	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.435	0.392	9.9	127	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.981	1.051	-7.1	140	0.00
5	S	Phenol-d6	1.299	1.424	-9.6	145	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.158	1.089	6.0	113	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	116	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.269	0.290	-7.8	134	-0.01
9		Naphthalene	1.051	1.112	-5.8	121	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.216	0.232	-7.4	121	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.630	0.622	1.3	112	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.726	0.733	-1.0	114	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	97	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.188	0.196	-4.3	112	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.482	1.637	-10.5	107	-0.01
16		Acenaphthylene	1.907	2.184	-14.5	113	0.00
17		Acenaphthene	1.256	1.357	-8.0	102	0.00
18		Fluorene	1.585	1.686	-6.4	101	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	88	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.222	0.242	-9.0	97	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.280	0.302	-7.9	92	0.00
22		Pentachlorophenol	0.045	0.062	-37.8#	152#	-0.02
23		Phenanthrene	1.137	1.197	-5.3	92	0.00
24		Anthracene	0.987	1.050	-6.4	96	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.175	1.199	-2.0	89	0.00
26		Fluoranthene	1.382	1.425	-3.1	88	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	76	-0.02
28		Pyrene	1.400	1.648	-17.7	87	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.838	0.970	-15.8	88	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.308	1.469	-12.3	87	-0.02
31		Chrysene	1.410	1.520	-7.8	78	-0.02
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.658	1.029	-56.4#	133	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.427	1.870	-31.0#	86	-0.05
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	75	-0.04
35		Benzo(b)fluoranthene	1.361	1.401	-2.9	77	-0.04
36		Benzo(k)fluoranthene	1.450	1.427	1.6	72	-0.04
37	C	Benzo(a)pyrene	1.272	1.366	-7.4	77	-0.04
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.111	1.317	-18.5	84	-0.05
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.109	1.368	-23.4	87	-0.05

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070119\
Data File : BN006668.D
Acq On : 01 Jul 2019 19:22
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 18 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 02 05:06:50 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 13:47:56 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0