Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070119\
Data File : BN006670.D
Acq On : 01 Jul 2019 21:40
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 02 01:54:47 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 13:47:56 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	120	0.00
2		1,4-Dioxane	0.554	0.537	3.1	124	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.435	0.389	10.6	121	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.981	1.008	-2.8	128	0.00
5	S	Phenol-d6	1.299	1.359	-4.6	132	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.158	1.182	-2.1	117	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	111	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.269	0.277	-3.0	123	0.00
9		Naphthalene	1.051	1.107	-5.3	115	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.216	0.231	-6.9	115	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.630	0.619	1.7	107	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.726	0.722	0.6	107	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	94	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.188	0.179	4.8	99	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.482	1.590	-7.3	100	-0.01
16		Acenaphthylene	1.907	2.054	-7.7	103	0.00
17		Acenaphthene	1.256	1.336	-6.4	97	0.00
18		Fluorene	1.585	1.599	-0.9	93	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	83	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.222	0.237	-6.8	90	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.280	0.303	-8.2	87	0.00
22		Pentachlorophenol	0.045	0.048	-6.7	112	-0.01
23		Phenanthrene	1.137	1.186	-4.3	86	0.00
24		Anthracene	0.987	1.016	-2.9	88	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.175	1.163	1.0	82	-0.01
26		Fluoranthene	1.382	1.379	0.2	80	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	72	-0.02
28		Pyrene	1.400	1.608	-14.9	81	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.838	0.924	-10.3	79	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.308	1.385	-5.9	78	-0.02
31		Chrysene	1.410	1.507	-6.9	73	-0.02
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.658	0.826	-25.5#	101	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.427	1.853	-29.9#	81	-0.05
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	73	-0.04
35		Benzo(b)fluoranthene	1.361	1.374	-1.0	73	-0.04
36		Benzo(k)fluoranthene	1.450	1.448	0.1	71	-0.04
37	C	Benzo(a)pyrene	1.272	1.339	-5.3	74	-0.04
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.111	1.297	-16.7	80	-0.05
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.109	1.331	-20.0	82	-0.05

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070119\
Data File : BN006670.D
Acq On : 01 Jul 2019 21:40
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 02 01:54:47 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN062819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jun 28 13:47:56 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0