Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN070519\
Data File : BN006705.D
Acq On : 05 Jul 2019 09:03
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 05 10:44:37 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN070219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 05 05:30:28 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	77	-0.03
2		1,4-Dioxane	0.400	0.427	-6.7	82	-0.04
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.378	5.5	78	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.363	9.3	72	-0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.366	8.5	74	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.446	-11.5	96	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	82	-0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.355	11.3	76	-0.03
9		Naphthalene	0.400	0.394	1.5	77	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.411	-2.7	77	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.406	-1.5	80	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.367	8.3	76	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	96	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.428	-7.0	110	-0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.357	10.8	83	-0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.383	4.3	90	-0.02
17		Acenaphthene	0.400	0.387	3.3	87	-0.02
18		Fluorene	0.400	0.400	0.0	91	-0.02
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	107	-0.02
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.367	8.3	97	-0.02
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.393	1.8	99	-0.02
22		Pentachlorophenol	0.400	0.547	-36.8#	164	-0.04
23		Phenanthrene	0.400	0.371	7.3	97	-0.02
24		Anthracene	0.400	0.367	8.3	97	-0.02
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.419	-4.7	106	-0.02
26		Fluoranthene	0.400	0.408	-2.0	103	-0.02
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	121	-0.02
28		Pyrene	0.400	0.358	10.5	103	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.381	4.8	110	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.371	7.3	104	-0.03
31		Chrysene	0.400	0.382	4.5	110	-0.02
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.084	79.0#	40	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.416	-4.0	115	-0.05
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	126	-0.04
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.366	8.5	108	-0.03
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.380	5.0	113	-0.03
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.379	5.3	110	-0.04
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.384	4.0	113	-0.05
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.392	2.0	116	-0.06

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN070519\
Data File : BN006705.D
Acq On : 05 Jul 2019 09:03
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 05 10:44:37 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN070219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 05 05:30:28 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0