Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070519\
Data File : BN006746.D
Acq On : 06 Jul 2019 09:21
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 34 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 08 00:25:26 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN070219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 05 05:30:28 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	77	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.625	0.699	-11.8	86	-0.04
3		n-Nitrosodimethylamine	0.471	0.460	2.3	81	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.086	0.942	13.3	69	0.00
5	S	Phenol-d6	1.375	1.232	10.4	72	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.162	1.264	-8.8	94	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	80	-0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.307	0.270	12.1	74	-0.01
9		Naphthalene	1.094	1.126	-2.9	80	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.222	0.241	-8.6	80	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.601	0.611	-1.7	79	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.812	0.714	12.1	75	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	86	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.197	0.180	8.6	85	-0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.565	1.526	2.5	81	-0.02
16		Acenaphthylene	1.994	1.892	5.1	80	-0.02
17		Acenaphthene	1.271	1.301	-2.4	83	-0.02
18		Fluorene	1.578	1.573	0.3	82	-0.02
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	90	-0.02
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.236	0.226	4.2	86	-0.02
21		Hexachlorobenzene	0.280	0.301	-7.5	91	-0.02
22		Pentachlorophenol	0.040	0.038	5.0	124	-0.05
23		Phenanthrene	1.153	1.121	2.8	85	-0.02
24		Anthracene	1.042	0.947	9.1	81	-0.02
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.144	1.215	-6.2	90	-0.02
26		Fluoranthene	1.354	1.413	-4.4	88	-0.02
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	102	-0.02
28		Pyrene	1.601	1.450	9.4	88	-0.02
29	S	Terphenyl-d14	0.921	0.907	1.5	96	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.380	1.302	5.7	89	-0.03
31		Chrysene	1.422	1.410	0.8	97	-0.03
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	4.115	0.663	83.9#	26#	-0.03
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.701	1.842	-8.3	101	-0.06
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	105	-0.05
35		Benzo(b)fluoranthene	1.284	1.269	1.2	97	-0.04
36		Benzo(k)fluoranthene	1.392	1.437	-3.2	102	-0.04
37	C	Benzo(a)pyrene	1.244	1.262	-1.4	98	-0.05
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.236	1.261	-2.0	100	-0.06
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.272	1.322	-3.9	102	-0.06

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070519\
Data File : BN006746.D
Acq On : 06 Jul 2019 09:21
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 34 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 08 00:25:26 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN070219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 05 05:30:28 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0