Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN071521\
Data File : BN015588.D
Acq On : 15 Jul 2021 20:53
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 16 01:16:29 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN071521.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jul 15 15:46:51 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	110	0.00
2		1,4-Dioxane	0.196	0.209	-6.6	118	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.330	0.317	3.9	113	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.147	1.182	-3.1	113	0.00
5	S	Phenol-d6	1.364	1.391	-2.0	113	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.220	1.208	1.0	111	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	107	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.288	0.279	3.1	118	0.00
9		Naphthalene	1.161	1.107	4.7	106	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.217	0.218	-0.5	112	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.658	0.603	8.4	105	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.736	0.703	4.5	105	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	113	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.145	0.152	-4.8	143	0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.614	1.542	4.5	113	0.01
16		Acenaphthylene	1.861	1.752	5.9	117	0.01
17		Acenaphthene	1.243	1.184	4.7	113	0.01
18		Fluorene	1.492	1.409	5.6	112	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	114	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.016	0.004	75.0#	217#	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.254	0.238	6.3	114	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.286	0.270	5.6	112	0.00
23		Atrazine	0.183	0.170	7.1	127	0.00
24		Pentachlorophenol	0.061	0.061	0.0	281#	0.00
25		Phenanthrene	1.293	1.239	4.2	112	0.01
26		Anthracene	1.110	1.051	5.3	118	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.209	1.118	7.5	117	0.00
28		Fluoranthene	1.400	1.371	2.1	116	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	118	0.00
30		Pyrene	1.538	1.450	5.7	117	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.949	0.887	6.5	116	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.397	1.342	3.9	121	0.00
33		Chrysene	1.480	1.402	5.3	117	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.599	0.613	-2.3	133	-0.01
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	129	0.00
36		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.428	1.481	-3.7	150	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.569	1.450	7.6	126	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.584	1.503	5.1	124	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.351	1.303	3.6	133	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.122	1.188	-5.9	154#	0.00
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.211	1.226	-1.2	147	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN071521\
Data File : BN015588.D
Acq On : 15 Jul 2021 20:53
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 17 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 16 01:16:29 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN071521.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Jul 15 15:46:51 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0