Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN072220\
Data File : BN011222.D
Acq On : 21 Jul 2020 17:07
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 21 17:37:40 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 21 14:35:20 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	91	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.348	13.0	73	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.365	8.8	87	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.363	9.3	79	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.399	0.3	88	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.409	-2.2	99	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	100	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.363	9.3	90	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.374	6.5	94	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.363	9.3	88	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.411	-2.7	98	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.408	-2.0	98	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	118	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.371	7.3	107	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.353	11.8	97	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.360	10.0	109	0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.372	7.0	110	0.00
18		Fluorene	0.400	0.378	5.5	98	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	135	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.376	6.0	113	0.00
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.363	9.3	122	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.341	14.8	113	0.00
23		Atrazine	0.400	0.383	4.3	129	-0.01
24		Pentachlorophenol	0.400	0.346	13.5	126	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.369	7.8	125	0.00
26		Anthracene	0.400	0.356	11.0	121	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.367	8.3	122	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.361	9.8	116	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	110	-0.01
30		Pyrene	0.400	0.453	-13.2	110	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.455	-13.7	118	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.370	7.5	104	0.00
33		Chrysene	0.400	0.407	-1.7	112	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.477	-19.2	132	0.00
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.352	12.0	84	0.00
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	104	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.349	12.8	101	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.380	5.0	99	-0.01
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.341	14.8	88	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.310	22.5	79	-0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.323	19.3	82	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN072220\
Data File : BN011222.D
Acq On : 21 Jul 2020 17:07
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 21 17:37:40 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN071120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jul 21 14:35:20 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0