Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN073118\
Data File : BN002201.D
Acq On : 31 Jul 2018 08:32
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 31 09:07:34 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN073018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 30 16:17:29 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	96	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.363	9.3	97	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.327	18.3	78	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.363	9.3	92	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.361	9.8	94	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.357	10.8	87	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	99	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.379	5.3	96	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.396	1.0	100	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.390	2.5	98	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.388	3.0	99	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.393	1.8	98	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	95	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.335	16.3	82	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.385	3.8	97	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.374	6.5	94	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.390	2.5	97	0.00
18		Fluorene	0.400	0.382	4.5	92	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	85	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.382	4.5	88	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.399	0.3	90	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.336	16.0	74	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.383	4.3	84	0.00
24		Anthracene	0.400	0.364	9.0	81	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.357	10.8	74	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.356	11.0	73	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	63	0.00
28		Pyrene	0.400	0.428	-7.0	72	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.416	-4.0	70	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.372	7.0	61	0.00
31		Chrysene	0.400	0.391	2.3	64	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.343	14.2	55	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.410	-2.5	76	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	68	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.382	4.5	66	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.382	4.5	68	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.393	1.8	70	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.394	1.5	77	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.396	1.0	76	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN073118\
Data File : BN002201.D
Acq On : 31 Jul 2018 08:32
Operator : JU/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 31 09:07:34 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN073018.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Jul 30 16:17:29 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0