Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082120\
Data File : BN011568.D
Acq On : 22 Aug 2020 02:49
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 22 05:50:48 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 22 04:52:07 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	99	0.00
2		1,4-Dioxane	0.547	0.580	-6.0	105	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.225	0.191	15.1	89	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.854	0.798	6.6	106	0.00
5	S	Phenol-d6	0.862	0.761	11.7	115	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.843	0.686	18.6	105	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	103	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.263	0.216	17.9	102	0.00
9		Naphthalene	1.159	1.081	6.7	101	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.324	0.315	2.8	100	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.715	0.684	4.3	111	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.798	0.750	6.0	107	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	112	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.199	0.174	12.6	115	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.645	1.575	4.3	113	-0.01
16		Acenaphthylene	2.035	1.769	13.1	108	0.00
17		Acenaphthene	1.335	1.212	9.2	109	0.00
18		Fluorene	1.766	1.620	8.3	112	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	122	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.048	0.040	16.7	133	-0.01
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.087	0.070	19.5	83	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.308	0.269	12.7	112	0.00
23		Atrazine	0.208	0.129	38.0#	123	0.00
24		Pentachlorophenol	0.096	0.076	20.8	121	-0.01
25		Phenanthrene	1.259	1.084	13.9	117	0.00
26		Anthracene	1.050	0.864	17.7	120	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.348	1.087	19.4	121	0.00
28		Fluoranthene	1.620	1.315	18.8	121	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	139	0.00
30		Pyrene	1.591	1.383	13.1	121	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.043	0.898	13.9	127	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.314	1.164	11.4	146	-0.01
33		Chrysene	1.495	1.325	11.4	129	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.653	0.550	15.8	141	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.357	1.162	14.4	130	-0.01
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	130	-0.01
37		Benzo(b)fluoranthene	1.479	1.348	8.9	157#	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.762	1.605	8.9	144	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.368	1.226	10.4	132	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.144	0.952	16.8	126	-0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.365	1.162	14.9	123	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082120\
Data File : BN011568.D
Acq On : 22 Aug 2020 02:49
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 13 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 22 05:50:48 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 22 04:52:07 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0