Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082120\
Data File : BN011584.D
Acq On : 22 Aug 2020 12:43
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 29 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 24 01:24:06 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 22 04:52:07 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	140	0.00
2		1,4-Dioxane	0.547	0.453	17.2	116	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.225	0.166	26.2#	110	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.854	0.764	10.5	143	0.00
5	S	Phenol-d6	0.862	0.750	13.0	159#	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.843	0.674	20.0	146	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	133	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.263	0.270	-2.7	165#	0.00
9		Naphthalene	1.159	1.086	6.3	132	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.324	0.305	5.9	125	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.715	0.695	2.8	146	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.798	0.791	0.9	146	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	136	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.199	0.165	17.1	133	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.645	1.790	-8.8	156#	-0.01
16		Acenaphthylene	2.035	1.803	11.4	134	-0.01
17		Acenaphthene	1.335	1.225	8.2	134	0.00
18		Fluorene	1.766	1.579	10.6	132	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	149	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.048	0.036	25.0#	145	-0.02
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.087	0.053	39.1#	77	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.308	0.255	17.2	130	-0.01
23		Atrazine	0.208	0.116	44.2#	134	-0.01
24		Pentachlorophenol	0.096	0.066	31.3#	129	-0.01
25		Phenanthrene	1.259	1.114	11.5	147	-0.01
26		Anthracene	1.050	0.868	17.3	147	-0.01
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.348	0.943	30.0#	128	0.00
28		Fluoranthene	1.620	1.131	30.2#	127	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	146	0.00
30		Pyrene	1.591	1.361	14.5	125	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.043	0.841	19.4	125	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.314	1.148	12.6	152#	-0.01
33		Chrysene	1.495	1.343	10.2	137	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.653	0.487	25.4#	132	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.357	1.524	-12.3	179#	-0.01
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	150	-0.01
37		Benzo(b)fluoranthene	1.479	1.140	22.9	153#	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.762	1.330	24.5	138	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.368	0.913	33.3#	113	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.144	1.214	-6.1	186#	-0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.365	1.363	0.1	166#	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082120\
Data File : BN011584.D
Acq On : 22 Aug 2020 12:43
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 29 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 24 01:24:06 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 22 04:52:07 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1