Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082120\
Data File : BN011586.D
Acq On : 22 Aug 2020 14:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 24 02:11:10 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 22 04:52:07 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	134	0.00
2		1,4-Dioxane	0.547	0.524	4.2	128	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.225	0.187	16.9	118	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.854	0.748	12.4	134	0.00
5	S	Phenol-d6	0.862	0.783	9.2	159#	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.843	0.766	9.1	158#	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	150#	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.263	0.233	11.4	161#	0.00
9		Naphthalene	1.159	1.078	7.0	148	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.324	0.299	7.7	138	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.715	0.594	16.9	140	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.798	0.687	13.9	143	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	147	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.199	0.163	18.1	141	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.645	1.565	4.9	148	-0.01
16		Acenaphthylene	2.035	1.796	11.7	144	-0.01
17		Acenaphthene	1.335	1.222	8.5	144	0.00
18		Fluorene	1.766	1.593	9.8	144	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	149	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.048	0.039	18.8	160#	-0.02
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.087	0.053	39.1#	78	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.308	0.274	11.0	139	-0.01
23		Atrazine	0.208	0.127	38.9#	147	-0.01
24		Pentachlorophenol	0.096	0.067	30.2#	132	-0.02
25		Phenanthrene	1.259	1.119	11.1	147	-0.01
26		Anthracene	1.050	0.886	15.6	149	-0.01
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.348	0.996	26.1#	134	0.00
28		Fluoranthene	1.620	1.210	25.3#	136	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	136	0.00
30		Pyrene	1.591	1.546	2.8	133	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.043	0.987	5.4	136	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.314	1.154	12.2	142	-0.01
33		Chrysene	1.495	1.345	10.0	128	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.653	0.494	24.3	125	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.357	1.248	8.0	137	-0.01
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	121	-0.01
37		Benzo(b)fluoranthene	1.479	1.342	9.3	145	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.762	1.632	7.4	137	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.368	1.201	12.2	120	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.144	1.162	-1.6	144	-0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.365	1.346	1.4	132	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082120\
Data File : BN011586.D
Acq On : 22 Aug 2020 14:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 24 02:11:10 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 22 04:52:07 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0