Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082120\
Data File : BN011586.D
Acq On : 22 Aug 2020 14:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 24 02:11:10 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 22 04:52:07 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	134	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.383	4.3	128	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.332	17.0	118	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.351	12.3	134	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.363	9.3	159	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.364	9.0	158	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	150	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.355	11.3	161	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.372	7.0	148	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.369	7.8	138	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.332	17.0	140	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.344	14.0	143	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	147	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.327	18.3	141	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.381	4.8	148	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.353	11.8	144	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.366	8.5	144	0.00
18		Fluorene	0.400	0.361	9.8	144	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	149	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.372	7.0	160	-0.02
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.245	38.8#	78	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.356	11.0	139	-0.01
23		Atrazine	0.400	0.244	39.0#	147	-0.01
24		Pentachlorophenol	0.400	0.281	29.8#	132	-0.02
25		Phenanthrene	0.400	0.356	11.0	147	-0.01
26		Anthracene	0.400	0.338	15.5	149	-0.01
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.296	26.0#	134	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.299	25.3#	136	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	136	0.00
30		Pyrene	0.400	0.389	2.8	133	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.378	5.5	136	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.351	12.3	142	-0.01
33		Chrysene	0.400	0.360	10.0	128	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.332	17.0	125	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.368	8.0	137	-0.01
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	121	-0.01
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.363	9.3	145	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.371	7.3	137	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.351	12.3	120	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.406	-1.5	144	-0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.394	1.5	132	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082120\
Data File : BN011586.D
Acq On : 22 Aug 2020 14:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 31 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 24 02:11:10 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 22 04:52:07 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0