Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082120\
Data File : BN011597.D
Acq On : 22 Aug 2020 21:10
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 42 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 24 01:26:01 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 22 04:52:07 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	198#	0.00
2		1,4-Dioxane	0.547	0.492	10.1	179#	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.225	0.217	3.6	204#	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.854	0.921	-7.8	244#	0.00
5	S	Phenol-d6	0.862	1.004	-16.5	302#	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.843	0.848	-0.6	259#	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	227#	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.263	0.236	10.3	247#	-0.01
9		Naphthalene	1.159	1.092	5.8	226#	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.324	0.275	15.1	192#	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.715	0.549	23.2	196#	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.798	0.637	20.2	200#	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	175#	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.199	0.168	15.6	173#	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.645	1.707	-3.8	191#	-0.03
16		Acenaphthylene	2.035	1.992	2.1	191#	-0.01
17		Acenaphthene	1.335	1.250	6.4	176#	0.00
18		Fluorene	1.766	1.560	11.7	168#	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	173#	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.048	0.012	75.0#	56	-0.04
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.087	0.037	57.5#	63	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.308	0.276	10.4	163#	-0.01
23		Atrazine	0.208	0.132	36.5#	177#	-0.01
24		Pentachlorophenol	0.096	0.076	20.8	172#	-0.02
25		Phenanthrene	1.259	1.111	11.8	170#	-0.01
26		Anthracene	1.050	0.960	8.6	188#	-0.01
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.348	1.101	18.3	173#	0.00
28		Fluoranthene	1.620	1.294	20.1	169#	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	222#	-0.01
30		Pyrene	1.591	1.303	18.1	182#	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.043	0.849	18.6	191#	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.314	1.284	2.3	258#	-0.01
33		Chrysene	1.495	1.382	7.6	214#	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.653	0.683	-4.6	281#	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.357	1.686	-24.2	301#	-0.02
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	247#	-0.02
37		Benzo(b)fluoranthene	1.479	1.303	11.9	289#	-0.01
38		Benzo(k)fluoranthene	1.762	1.385	21.4	237#	-0.01
39	C	Benzo(a)pyrene	1.368	1.267	7.4	259#	-0.01
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.144	1.251	-9.4	317#	-0.03
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.365	1.362	0.2	273#	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082120\
Data File : BN011597.D
Acq On : 22 Aug 2020 21:10
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 42 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 24 01:26:01 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082120.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 22 04:52:07 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0