Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN082419\
Data File : BN007388.D
Acq On : 25 Aug 2019 07:17
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 29 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 26 05:03:03 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 24 00:38:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	198	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.272	32.0#	130	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.231	42.3#	110	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.251	37.3#	127	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.240	40.0#	129	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.275	31.3#	137	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	195	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.277	30.8#	141	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.294	26.5#	140	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.301	24.8	141	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.285	28.8#	137	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.283	29.3#	134	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	181	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.265	33.8#	122	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.301	24.8	133	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.313	21.8	139	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.289	27.8#	128	0.00
18		Fluorene	0.400	0.290	27.5#	128	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	168	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.159	60.3#	77	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.306	23.5	127	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.321	19.8	144	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.290	27.5#	122	0.00
24		Anthracene	0.400	0.273	31.8#	114	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.295	26.3#	120	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.300	25.0#	122	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	180	0.00
28		Pyrene	0.400	0.281	29.8#	123	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.282	29.5#	122	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.288	28.0#	127	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.294	26.5#	127	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.239	40.3#	106	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.292	27.0#	127	-0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	181	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.298	25.5#	131	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.287	28.3#	125	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.290	27.5#	127	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.281	29.8#	123	-0.01
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.295	26.3#	129	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN082419\
Data File : BN007388.D
Acq On : 25 Aug 2019 07:17
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 29 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 26 05:03:03 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 24 00:38:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 1