Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082720\
Data File : BN011674.D
Acq On : 27 Aug 2020 21:43
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 28 00:40:39 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082720.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 27 14:34:48 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	83	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.383	4.3	88	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.397	0.8	83	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.370	7.5	82	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.367	8.3	83	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.372	7.0	83	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	83	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.367	8.3	83	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.366	8.5	82	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.379	5.3	86	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.361	9.8	83	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.361	9.8	83	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	84	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.346	13.5	83	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.362	9.5	84	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.349	12.8	83	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.359	10.3	85	0.00
18		Fluorene	0.400	0.352	12.0	83	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	86	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.360	10.0	90	-0.01
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.357	10.8	85	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.364	9.0	86	0.00
23		Atrazine	0.400	0.343	14.2	82	0.00
24		Pentachlorophenol	0.400	0.349	12.8	82	0.00
25		Phenanthrene	0.400	0.357	10.8	86	0.00
26		Anthracene	0.400	0.345	13.8	83	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.349	12.8	84	0.00
28		Fluoranthene	0.400	0.353	11.8	85	0.00
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	83	0.00
30		Pyrene	0.400	0.383	4.3	85	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.385	3.8	85	0.00
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.366	8.5	82	-0.01
33		Chrysene	0.400	0.375	6.3	83	-0.01
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.353	11.8	81	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.368	8.0	79	-0.01
36	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	80	-0.01
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.347	13.3	81	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.355	11.3	80	-0.01
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.341	14.8	80	-0.01
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.348	13.0	79	-0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.342	14.5	78	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082720\
Data File : BN011674.D
Acq On : 27 Aug 2020 21:43
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 28 00:40:39 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082720.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 27 14:34:48 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0