Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082720\
Data File : BN011679.D
Acq On : 28 Aug 2020 00:44
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 28 01:15:20 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082720.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 27 14:34:48 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	109	0.00
2		1,4-Dioxane	0.643	0.594	7.6	111	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.743	0.711	4.3	105	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.130	1.100	2.7	113	0.00
5	S	Phenol-d6	1.535	1.474	4.0	114	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.249	1.184	5.2	111	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	109	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.387	0.359	7.2	111	0.00
9		Naphthalene	1.144	1.047	8.5	109	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.251	0.227	9.6	109	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.721	0.645	10.5	108	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.814	0.725	10.9	108	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	109	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.194	0.170	12.4	109	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.691	1.530	9.5	109	0.00
16		Acenaphthylene	1.948	1.663	14.6	105	0.00
17		Acenaphthene	1.345	1.202	10.6	110	0.00
18		Fluorene	1.724	1.501	12.9	106	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	109	0.00
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.062	0.055	11.3	114	-0.01
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.234	0.204	12.8	105	0.00
22		Hexachlorobenzene	0.289	0.256	11.4	107	0.00
23		Atrazine	0.206	0.174	15.5	103	0.00
24		Pentachlorophenol	0.115	0.100	13.0	104	0.00
25		Phenanthrene	1.292	1.152	10.8	109	0.00
26		Anthracene	1.148	0.991	13.7	105	0.00
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.284	1.116	13.1	106	0.00
28		Fluoranthene	1.532	1.323	13.6	106	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	101	0.00
30		Pyrene	1.391	1.358	2.4	106	0.00
31	S	Terphenyl-d14	0.993	0.967	2.6	105	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.428	1.347	5.7	104	-0.01
33		Chrysene	1.473	1.366	7.3	100	-0.01
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.581	0.542	6.7	104	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.921	1.738	9.5	96	-0.01
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	97	-0.01
37		Benzo(b)fluoranthene	1.534	1.336	12.9	99	-0.01
38		Benzo(k)fluoranthene	1.568	1.389	11.4	97	-0.01
39	C	Benzo(a)pyrene	1.371	1.200	12.5	99	-0.01
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.548	1.340	13.4	95	-0.01
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.516	1.287	15.1	94	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082720\
Data File : BN011679.D
Acq On : 28 Aug 2020 00:44
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 24 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 28 01:15:20 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082720.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 27 14:34:48 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0