Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN083019\
Data File : BN007525.D
Acq On : 30 Aug 2019 16:01
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 31 02:19:05 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	142	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.665	0.621	6.6	128	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.309	0.222	28.2#	99	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.490	1.154	22.6	116	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.953	1.453	25.6#	121	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.445	1.469	-1.7	146	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	157#	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.348	0.293	15.8	138	0.00
9		Naphthalene	1.143	1.130	1.1	151#	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.234	0.213	9.0	137	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.665	0.681	-2.4	159#	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.779	0.808	-3.7	158#	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	182#	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.209	0.184	12.0	163#	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.613	1.543	4.3	170#	-0.01
16		Acenaphthylene	2.367	2.037	13.9	155#	-0.01
17		Acenaphthene	1.385	1.333	3.8	171#	-0.01
18		Fluorene	1.751	1.770	-1.1	180#	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	190#	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.158	0.028	82.3#	39#	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.268	0.266	0.7	187#	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.083	0.059	28.9#	145	-0.01
23		Phenanthrene	1.203	1.222	-1.6	192#	-0.01
24		Anthracene	1.210	1.117	7.7	174#	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.288	1.263	1.9	180#	-0.01
26		Fluoranthene	1.545	1.552	-0.5	186#	-0.01
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	193#	-0.01
28		Pyrene	1.609	1.576	2.1	185#	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	1.047	1.021	2.5	182#	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.571	1.461	7.0	177#	-0.01
31		Chrysene	1.516	1.503	0.9	184#	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.177	0.854	27.4#	148	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.827	1.457	20.3	149	-0.02
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	170#	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.449	1.528	-5.5	175#	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	1.432	1.512	-5.6	173#	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.379	1.319	4.4	158#	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.376	1.223	11.1	146	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.371	1.231	10.2	148	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN083019\
Data File : BN007525.D
Acq On : 30 Aug 2019 16:01
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 31 02:19:05 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0