Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN083019\
Data File : BN007525.D
Acq On : 30 Aug 2019 16:01
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 31 02:19:05 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	142	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.374	6.5	128	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.288	28.0#	99	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.327	18.3	116	-0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.323	19.3	121	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.407	-1.7	146	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	157	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.336	16.0	138	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.396	1.0	151	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.364	9.0	137	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.410	-2.5	159	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.415	-3.7	158	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	182	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.352	12.0	163	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.383	4.3	170	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.344	14.0	155	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.385	3.8	171	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.404	-1.0	180	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	190	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.072	82.0#	39	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.397	0.8	187	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.285	28.8#	145	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.406	-1.5	192	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.369	7.8	174	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.392	2.0	180	-0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.402	-0.5	186	-0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	193	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.392	2.0	185	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.390	2.5	182	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.372	7.0	177	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.397	0.8	184	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.317	20.8	148	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.319	20.3	149	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	170	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.422	-5.5	175	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.422	-5.5	173	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.383	4.3	158	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.355	11.3	146	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.359	10.3	148	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN083019\
Data File : BN007525.D
Acq On : 30 Aug 2019 16:01
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 31 02:19:05 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0