Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090119\
Data File : BN007527.D
Acq On : 01 Sep 2019 16:14
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 02 08:19:14 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	165#	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.665	0.663	0.3	158#	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.309	0.243	21.4	125	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.490	1.107	25.7#	129	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.953	1.409	27.9#	136	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.445	1.506	-4.2	173#	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	182#	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.348	0.292	16.1	159#	0.00
9		Naphthalene	1.143	1.125	1.6	174#	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.234	0.209	10.7	156#	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.665	0.667	-0.3	180#	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.779	0.788	-1.2	179#	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	206#	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.209	0.156	25.4#	156#	-0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.613	1.552	3.8	194#	0.00
16		Acenaphthylene	2.367	1.981	16.3	170#	-0.02
17		Acenaphthene	1.385	1.334	3.7	194#	0.00
18		Fluorene	1.751	1.741	0.6	200#	-0.02
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	213#	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.158	0.061	61.4#	96	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.268	0.268	0.0	211#	-0.02
22		Pentachlorophenol	0.083	0.047	43.4#	130	0.00
23		Phenanthrene	1.203	1.232	-2.4	218#	-0.02
24		Anthracene	1.210	1.077	11.0	188#	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.288	1.225	4.9	196#	-0.01
26		Fluoranthene	1.545	1.499	3.0	202#	-0.01
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	208#	-0.01
28		Pyrene	1.609	1.590	1.2	201#	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	1.047	1.018	2.8	196#	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.571	1.415	9.9	184#	-0.01
31		Chrysene	1.516	1.537	-1.4	202#	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.177	0.726	38.3#	136	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.827	1.519	16.9	167#	-0.03
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	189#	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.449	1.449	0.0	185#	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	1.432	1.562	-9.1	198#	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	1.379	1.292	6.3	172#	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.376	1.229	10.7	163#	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.371	1.230	10.3	165#	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090119\
Data File : BN007527.D
Acq On : 01 Sep 2019 16:14
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 02 08:19:14 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0