Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090119\
Data File : BN007529.D
Acq On : 01 Sep 2019 17:25
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 02 08:24:59 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	150	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.359	10.3	129	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.336	16.0	121	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.313	21.8	118	-0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.311	22.3	123	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.402	-0.5	152	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	169	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.330	17.5	146	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.387	3.3	160	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.352	12.0	143	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.401	-0.3	167	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.405	-1.3	167	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	191	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.330	17.5	161	-0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.392	2.0	184	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.342	14.5	162	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.396	1.0	185	0.00
18		Fluorene	0.400	0.403	-0.8	189	-0.02
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	199	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.147	63.2#	85	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.401	-0.3	197	-0.02
22		Pentachlorophenol	0.400	0.268	33.0#	142	-0.02
23		Phenanthrene	0.400	0.407	-1.7	202	-0.02
24		Anthracene	0.400	0.366	8.5	181	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.383	4.3	184	-0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.391	2.3	189	-0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	195	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.398	0.5	190	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.399	0.3	188	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.368	8.0	176	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.401	-0.3	187	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.299	25.3#	141	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.312	22.0	147	-0.03
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	169	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.424	-6.0	175	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.431	-7.7	175	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.380	5.0	156	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.349	12.8	142	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.351	12.3	144	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090119\
Data File : BN007529.D
Acq On : 01 Sep 2019 17:25
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 02 08:24:59 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0