Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090119\
Data File : BN007529.D
Acq On : 01 Sep 2019 17:25
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 02 08:24:59 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	150	0.00
2		1,4-Dioxane	0.665	0.597	10.2	129	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.309	0.259	16.2	121	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.490	1.109	25.6#	118	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.953	1.402	28.2#	123	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.445	1.452	-0.5	152#	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	169#	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.348	0.287	17.5	146	0.00
9		Naphthalene	1.143	1.105	3.3	160#	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.234	0.206	12.0	143	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.665	0.666	-0.2	167#	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.779	0.789	-1.3	167#	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	191#	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.209	0.173	17.2	161#	-0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.613	1.582	1.9	184#	0.00
16		Acenaphthylene	2.367	2.023	14.5	162#	0.00
17		Acenaphthene	1.385	1.372	0.9	185#	0.00
18		Fluorene	1.751	1.766	-0.9	189#	-0.02
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	199#	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.158	0.058	63.3#	85	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.268	0.269	-0.4	197#	-0.02
22		Pentachlorophenol	0.083	0.056	32.5#	142	-0.02
23		Phenanthrene	1.203	1.225	-1.8	202#	-0.02
24		Anthracene	1.210	1.107	8.5	181#	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.288	1.233	4.3	184#	-0.01
26		Fluoranthene	1.545	1.512	2.1	189#	-0.01
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	195#	-0.01
28		Pyrene	1.609	1.603	0.4	190#	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	1.047	1.044	0.3	188#	-0.02
30		Benzo(a)anthracene	1.571	1.446	8.0	176#	-0.01
31		Chrysene	1.516	1.521	-0.3	187#	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.177	0.808	31.4#	141	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.827	1.423	22.1	147	-0.03
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	169#	-0.02
35		Benzo(b)fluoranthene	1.449	1.537	-6.1	175#	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	1.432	1.542	-7.7	175#	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	1.379	1.310	5.0	156#	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.376	1.199	12.9	142	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.371	1.204	12.2	144	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090119\
Data File : BN007529.D
Acq On : 01 Sep 2019 17:25
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 02 08:24:59 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0