Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090319\
Data File : BN007531.D
Acq On : 03 Sep 2019 10:28
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 03 13:36:36 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	159	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.390	2.5	149	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.266	33.5#	102	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.317	20.8	126	-0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.315	21.3	132	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.428	-7.0	171	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	178	-0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.320	20.0	149	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.395	1.3	171	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.347	13.3	148	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.404	-1.0	178	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.408	-2.0	176	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	201	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.276	31.0#	141	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.384	4.0	189	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.318	20.5	158	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.384	4.0	189	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.398	0.5	196	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	210	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.074	81.5#	45	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.393	1.8	204	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.265	33.8#	149	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.405	-1.3	212	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.343	14.2	178	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.368	8.0	187	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.376	6.0	192	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	202	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.384	4.0	190	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.388	3.0	190	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.350	12.5	174	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.400	0.0	194	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.241	39.8#	120	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.322	19.5	157	-0.03
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	183	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.393	1.8	176	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.434	-8.5	191	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.368	8.0	164	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.343	14.2	152	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.356	11.0	158	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090319\
Data File : BN007531.D
Acq On : 03 Sep 2019 10:28
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 03 13:36:36 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0