Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090319\
Data File : BN007531.D
Acq On : 03 Sep 2019 10:28
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 03 13:36:36 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	159#	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.665	0.648	2.6	149	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.309	0.206	33.3#	102	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.490	1.122	24.7	126	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.953	1.418	27.4#	132	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.445	1.547	-7.1	171#	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	178#	-0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.348	0.278	20.1	149	0.00
9		Naphthalene	1.143	1.129	1.2	171#	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.234	0.203	13.2	148	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.665	0.672	-1.1	178#	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.779	0.794	-1.9	176#	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	201#	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.209	0.144	31.1#	141	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.613	1.547	4.1	189#	-0.01
16		Acenaphthylene	2.367	1.881	20.5	158#	-0.01
17		Acenaphthene	1.385	1.328	4.1	189#	-0.01
18		Fluorene	1.751	1.745	0.3	196#	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	210#	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.158	0.029	81.6#	45#	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.268	0.263	1.9	204#	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.083	0.055	33.7#	149	-0.01
23		Phenanthrene	1.203	1.218	-1.2	212#	-0.01
24		Anthracene	1.210	1.037	14.3	178#	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.288	1.187	7.8	187#	0.00
26		Fluoranthene	1.545	1.453	6.0	192#	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	202#	-0.01
28		Pyrene	1.609	1.545	4.0	190#	0.00
29	S	Terphenyl-d14	1.047	1.016	3.0	190#	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.571	1.374	12.5	174#	-0.01
31		Chrysene	1.516	1.515	0.1	194#	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.177	0.661	43.8#	120	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.827	1.469	19.6	157#	-0.03
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	183#	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	1.449	1.424	1.7	176#	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	1.432	1.553	-8.4	191#	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.379	1.271	7.8	164#	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.376	1.179	14.3	152#	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.371	1.220	11.0	158#	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN090319\
Data File : BN007531.D
Acq On : 03 Sep 2019 10:28
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 03 13:36:36 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Aug 29 12:18:45 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0