Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN091819\
Data File : BN007732.D
Acq On : 19 Sep 2019 07:39
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 19 15:10:09 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 18 18:24:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	121	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.371	7.3	132	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.541	-35.3#	107	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.309	22.8	107	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.326	18.5	109	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.373	6.8	128	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	122	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.373	6.8	118	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.402	-0.5	124	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.392	2.0	119	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.393	1.8	124	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.398	0.5	125	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	120	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.287	28.3#	103	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.410	-2.5	133	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.347	13.3	116	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.359	10.3	118	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.364	9.0	120	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	118	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.395	1.3	119	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.413	-3.2	123	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.292	27.0#	99	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.401	-0.3	120	0.00
24		Anthracene	0.400	0.370	7.5	114	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.370	7.5	111	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.381	4.8	114	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	109	0.00
28		Pyrene	0.400	0.395	1.3	112	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.434	-8.5	123	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.369	7.8	105	0.00
31		Chrysene	0.400	0.399	0.3	112	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.234	41.5#	71	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.380	5.0	106	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	104	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.377	5.8	104	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.417	-4.2	114	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.366	8.5	101	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.385	3.8	105	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.372	7.0	101	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN091819\
Data File : BN007732.D
Acq On : 19 Sep 2019 07:39
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 19 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 19 15:10:09 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 18 18:24:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0