Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN091919\
Data File : BN007741.D
Acq On : 19 Sep 2019 15:12
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 20 01:48:25 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 18 18:24:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	107	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.364	9.0	115	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.585	-46.2#	103	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.299	25.3#	92	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.302	24.5	90	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.358	10.5	109	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	105	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.339	15.3	92	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.398	0.5	106	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.392	2.0	103	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.383	4.3	104	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.389	2.8	105	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	98	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.267	33.3#	79	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.387	3.3	103	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.343	14.2	94	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.361	9.8	97	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.362	9.5	97	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	96	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.397	0.8	97	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.417	-4.2	101	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.269	32.8#	74	-0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.402	-0.5	97	0.00
24		Anthracene	0.400	0.364	9.0	90	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.370	7.5	90	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.380	5.0	92	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	89	0.00
28		Pyrene	0.400	0.392	2.0	91	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.394	1.5	91	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.355	11.3	83	0.00
31		Chrysene	0.400	0.408	-2.0	93	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.208	48.0#	52	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.366	8.5	84	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	83	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.386	3.5	85	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.409	-2.2	89	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.362	9.5	79	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.382	4.5	83	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.376	6.0	82	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN091919\
Data File : BN007741.D
Acq On : 19 Sep 2019 15:12
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Sep 20 01:48:25 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN091819.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Sep 18 18:24:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0