Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN100422\
Data File : BN022005.D
Acq On : 04 Oct 2022 13:18
Operator : CG/JU
Sample : N4933-03DL 2X
Misc :
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
ClientSampleId :
BP-VPB-RW5-GW-658-660DL

Quant Time: Oct 04 23:04:17 2022
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN100322.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 04 01:32:21 2022
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) 1,4-Dichlorobenzene-d4	7.985	152	3689	0.400	ng	0.00
7) Naphthalene-d8	10.816	136	11369	0.400	ng	0.00
13) Acenaphthene-d10	14.646	164	5898	0.400	ng	0.00
19) Phenanthrene-d10	17.403	188	11972	0.400	ng	# 0.00
29) Chrysene-d12	21.608	240	9784	0.400	ng	0.00
35) Perylene-d12	24.089	264	7549	0.400	ng	0.00
System Monitoring Compounds						
4) 2-Fluorophenol	5.515	112	671	0.079	ng	0.00
5) Phenol-d6	7.147	99	622	0.056	ng	0.00
8) Nitrobenzene-d5	9.172	82	1366	0.149	ng	0.01
11) 2-Methylnaphthalene-d10	12.410	152	2869	0.137	ng	0.00
14) 2,4,6-Tribromophenol	16.150	330	389	0.173	ng	0.00
15) 2-Fluorobiphenyl	13.278	172	3954	0.153	ng	0.00
27) Fluoranthene-d10	19.445	212	7414	0.233	ng	0.00
31) Terphenyl-d14	20.032	244	5079	0.258	ng	0.00
Target Compounds						Qvalue
2) 1,4-Dioxane	3.320	88	12885	2.699	ng	97
6) bis(2-Chloroethyl)ether	7.407	93	342	0.029	ng	93
34) Bis(2-ethylhexyl)phtha...	21.501	149	1159	0.066	ng	95

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN100422\
Data File : BN022005.D
Acq On : 04 Oct 2022 13:18
Operator : CG/JU
Sample : N4933-03DL 2X
Misc :
ALS Vial : 6 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
ClientSampleId :
BP-VPB-RW5-GW-658-660DL

Quant Time: Oct 04 23:04:17 2022
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN100322.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Oct 04 01:32:21 2022
Response via : Initial Calibration