Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN101818\
Data File : BN003198.D
Acq On : 18 Oct 2018 09:26
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 19 02:18:12 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN101718.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 17 13:21:03 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	81	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.442	-10.5	94	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.393	1.8	71	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.383	4.3	79	0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.380	5.0	82	0.03
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.371	7.3	74	0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	83	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.433	-8.2	91	0.03
9		Naphthalene	0.400	0.439	-9.7	95	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.452	-13.0	98	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.430	-7.5	90	0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.432	-8.0	94	0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	86	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.392	2.0	96	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.424	-6.0	96	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.417	-4.2	94	0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.430	-7.5	96	0.00
18		Fluorene	0.400	0.429	-7.2	96	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	88	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.399	0.3	92	0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.427	-6.7	98	0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.450	-12.5	98	0.01
23		Phenanthrene	0.400	0.425	-6.2	97	0.00
24		Anthracene	0.400	0.410	-2.5	95	0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.418	-4.5	96	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.428	-7.0	99	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	86	0.00
28		Pyrene	0.400	0.430	-7.5	99	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.418	-4.5	98	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.386	3.5	95	0.00
31		Chrysene	0.400	0.458	-14.5	101	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.370	7.5	86	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.396	1.0	93	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	85	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.431	-7.7	100	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.438	-9.5	97	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.425	-6.2	97	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.404	-1.0	92	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.408	-2.0	93	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN101818\
Data File : BN003198.D
Acq On : 18 Oct 2018 09:26
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 19 02:18:12 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN101718.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Oct 17 13:21:03 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area% Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0