Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN101818\
Data File : BN003203.D
Acq On : 18 Oct 2018 13:30
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 19 02:27:46 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN101718.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 18 15:26:23 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	101	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.334	16.5	98	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.458	-14.5	125	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.461	-15.3	114	-0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.416	-4.0	114	-0.05
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.515	-28.7#	126	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	101	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.433	-8.2	120	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.442	-10.5	116	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.441	-10.2	116	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.413	-3.2	109	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.432	-8.0	114	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	102	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.417	-4.2	121	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.430	-7.5	115	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.429	-7.2	114	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.441	-10.2	117	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.434	-8.5	115	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	104	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.410	-2.5	113	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.417	-4.2	113	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.457	-14.2	139	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.430	-7.5	117	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.425	-6.2	116	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.426	-6.5	117	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.435	-8.7	119	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	107	0.00
28		Pyrene	0.400	0.418	-4.5	120	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.411	-2.7	120	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.401	-0.3	123	0.00
31		Chrysene	0.400	0.439	-9.7	120	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.365	8.8	104	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.450	-12.5	130	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	112	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.435	-8.7	133	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.426	-6.5	124	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.427	-6.7	128	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.434	-8.5	130	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.444	-11.0	133	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN101818\
Data File : BN003203.D
Acq On : 18 Oct 2018 13:30
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 19 02:27:46 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN101718.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Thu Oct 18 15:26:23 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0