Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN102618\
Data File : BN003316.D
Acq On : 26 Oct 2018 21:48
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 27 00:44:54 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN102618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 26 15:17:57 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	102	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.357	10.8	97	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.354	11.5	94	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.344	14.0	91	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.339	15.3	90	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.376	6.0	96	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	100	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.395	1.3	109	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.373	6.8	97	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.378	5.5	98	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.364	9.0	95	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.366	8.5	95	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	101	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.312	22.0	93	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.358	10.5	96	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.322	19.5	86	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.356	11.0	93	0.00
18		Fluorene	0.400	0.351	12.3	92	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	101	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.354	11.5	94	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.373	6.8	97	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.354	11.5	96	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.359	10.3	95	0.00
24		Anthracene	0.400	0.326	18.5	87	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.336	16.0	89	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.341	14.8	90	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	94	0.00
28		Pyrene	0.400	0.356	11.0	89	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.354	11.5	91	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.322	19.5	84	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.361	9.8	90	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.285	28.8#	76	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.334	16.5	83	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	89	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.367	8.3	87	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.371	7.3	89	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.354	11.5	83	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.342	14.5	83	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.344	14.0	84	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN102618\
Data File : BN003316.D
Acq On : 26 Oct 2018 21:48
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 27 00:44:54 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN102618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 26 15:17:57 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0