Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN102918\
Data File : BN003338.D
Acq On : 29 Oct 2018 18:57
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 30 06:45:39 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN102618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 29 16:15:49 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	116	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.340	15.0	106	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.391	2.3	119	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.375	6.3	113	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.384	4.0	117	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.389	2.8	114	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	119	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.473	-18.2	155	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.370	7.5	114	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.374	6.5	115	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.369	7.8	114	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.367	8.3	113	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	118	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.379	5.3	132	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.357	10.8	112	-0.01
16		Acenaphthylene	0.400	0.352	12.0	110	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.362	9.5	111	0.00
18		Fluorene	0.400	0.350	12.5	107	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	114	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.360	10.0	108	-0.01
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.370	7.5	109	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.458	-14.5	142	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.359	10.3	107	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.343	14.2	104	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.344	14.0	104	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.343	14.2	103	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	110	0.00
28		Pyrene	0.400	0.359	10.3	105	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.349	12.8	105	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.361	9.8	110	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.353	11.8	103	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.400	0.0	125	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.321	19.8	93	-0.02
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	107	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.359	10.3	103	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.351	12.3	100	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.356	11.0	100	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.325	18.8	95	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.315	21.3	93	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN102918\
Data File : BN003338.D
Acq On : 29 Oct 2018 18:57
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 30 06:45:39 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN102618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 29 16:15:49 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0