Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN103018\
Data File : BN003364.D
Acq On : 30 Oct 2018 18:36
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 31 02:26:30 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN102618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 29 16:15:49 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	115	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.329	17.8	101	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.362	9.5	109	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.342	14.5	102	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.349	12.8	105	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.363	9.3	105	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	120	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.452	-13.0	148	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.336	16.0	104	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.337	15.8	104	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.339	15.3	105	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.338	15.5	105	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	125	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.348	13.0	128	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.314	21.5	104	-0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.310	22.5	103	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.326	18.5	105	0.00
18		Fluorene	0.400	0.312	22.0	101	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	121	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.324	19.0	103	-0.02
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.331	17.3	104	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.424	-6.0	140	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.319	20.3	101	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.306	23.5	99	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.301	24.8	96	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.302	24.5	97	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	102	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.357	10.8	97	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.345	13.8	96	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.315	21.3	90	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.323	19.3	88	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.390	2.5	114	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.261	34.8#	71	-0.03
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	87	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.347	13.3	81	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.334	16.5	78	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.333	16.8	76	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.302	24.5	72	-0.03
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.297	25.8#	71	-0.03

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA N\Data\BN103018\
Data File : BN003364.D
Acq On : 30 Oct 2018 18:36
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 31 02:26:30 2018
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN102618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 29 16:15:49 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0