Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN103118\
Data File : BN003366.D
Acq On : 31 Oct 2018 11:08
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 31 14:09:40 2018
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\8270-SIM-BN102618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 29 16:15:49 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	104	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.385	3.8	108	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.393	1.8	107	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.370	7.5	100	-0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.366	8.5	100	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.391	2.3	103	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	105	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.488	-22.0	140	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.389	2.8	105	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.388	3.0	105	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.386	3.5	105	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.387	3.3	105	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	104	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.362	9.5	111	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.383	4.3	106	-0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.355	11.3	98	-0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.387	3.3	104	-0.01
18		Fluorene	0.400	0.372	7.0	100	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	100	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.386	3.5	102	-0.02
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.405	-1.3	105	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.404	-1.0	110	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.388	3.0	102	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.354	11.5	94	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.358	10.5	95	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.362	9.5	96	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	88	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.404	-1.0	95	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.398	0.5	96	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.345	13.8	85	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.382	4.5	90	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.355	11.3	89	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.313	21.8	73	-0.03
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	76	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.411	-2.7	85	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.388	3.0	80	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.390	2.5	79	-0.02
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.357	10.8	75	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.348	13.0	73	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN103118\
Data File : BN003366.D
Acq On : 31 Oct 2018 11:08
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 31 14:09:40 2018
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\8270-SIM-BN102618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 29 16:15:49 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0