Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\DATA\BN103118\
Data File : BN003368.D
Acq On : 31 Oct 2018 15:29
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 31 16:34:47 2018
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\8270-SIM-BN102618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 29 16:15:49 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	98	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.518	0.519	-0.2	105	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.238	0.272	-14.3	117	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.991	0.944	4.7	97	-0.02
5	S	Phenol-d6	1.251	1.167	6.7	95	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.116	1.124	-0.7	99	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	99	-0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.175	0.218	-24.6	135	-0.01
9		Naphthalene	0.979	0.954	2.6	99	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.179	0.173	3.4	98	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.651	0.633	2.8	100	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.684	0.663	3.1	99	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	101	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.159	0.158	0.6	118	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.721	1.609	6.5	100	-0.02
16		Acenaphthylene	1.783	1.595	10.5	96	-0.01
17		Acenaphthene	1.236	1.189	3.8	100	-0.01
18		Fluorene	1.546	1.444	6.6	97	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	100	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.232	0.223	3.9	101	-0.02
21		Hexachlorobenzene	0.244	0.244	0.0	103	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.066	0.084	-27.3#	137	-0.01
23		Phenanthrene	1.097	1.054	3.9	101	-0.01
24		Anthracene	0.941	0.855	9.1	97	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.163	1.083	6.9	98	0.00
26		Fluoranthene	1.260	1.183	6.1	99	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	100	0.00
28		Pyrene	1.106	1.033	6.6	100	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.930	0.843	9.4	99	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.048	0.947	9.6	101	-0.01
31		Chrysene	1.131	1.034	8.6	97	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.310	0.298	3.9	110	-0.02
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.170	1.016	13.2	92	-0.02
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	95	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.248	1.249	-0.1	103	-0.01
36		Benzo(k)fluoranthene	1.236	1.164	5.8	96	-0.01
37	C	Benzo(a)pyrene	1.136	1.094	3.7	97	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.058	0.950	10.2	94	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.058	0.926	12.5	92	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\DATA\BN103118\
Data File : BN003368.D
Acq On : 31 Oct 2018 15:29
Operator : MJ/SJ
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Oct 31 16:34:47 2018
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\8270-SIM-BN102618.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Oct 29 16:15:49 2018
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0