Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN112319\
Data File : BN008723.D
Acq On : 23 Nov 2019 11:03
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 25 11:45:27 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN112219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 25 10:49:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	129	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.402	-0.5	130	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.366	8.5	126	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.394	1.5	127	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.387	3.3	124	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.398	0.5	126	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	128	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.393	1.8	126	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.409	-2.2	127	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.407	-1.7	127	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.401	-0.3	128	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.402	-0.5	127	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	127	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.363	9.3	121	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.403	-0.8	127	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.389	2.8	126	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.390	2.5	127	0.00
18		Fluorene	0.400	0.393	1.8	126	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	127	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.396	1.0	128	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.402	-0.5	128	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.327	18.3	122	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.398	0.5	128	-0.01
24		Anthracene	0.400	0.384	4.0	125	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.394	1.5	126	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.392	2.0	127	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	132	0.00
28		Pyrene	0.400	0.384	4.0	126	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.389	2.8	127	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.392	2.0	130	-0.01
31		Chrysene	0.400	0.390	2.5	127	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.311	22.3	111	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.391	2.3	128	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	128	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.406	-1.5	130	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.396	1.0	125	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.394	1.5	126	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.402	-0.5	127	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.405	-1.3	129	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN112319\
Data File : BN008723.D
Acq On : 23 Nov 2019 11:03
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Nov 25 11:45:27 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN112219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Mon Nov 25 10:49:40 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0