Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN120519\
Data File : BN008845.D
Acq On : 05 Dec 2019 10:56
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 05 12:23:06 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 04 15:42:09 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	100	0.00
2		1,4-Dioxane	0.384	0.404	-5.2	106	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.531	0.435	18.1	92	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.083	1.053	2.8	98	0.00
5	S	Phenol-d6	1.475	1.469	0.4	103	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.327	1.307	1.5	100	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	98	0.00
8	S	Nitrobenzene-d5	0.353	0.355	-0.6	104	0.00
9		Naphthalene	1.067	1.078	-1.0	102	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.210	0.213	-1.4	102	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.664	0.665	-0.2	102	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.786	0.789	-0.4	102	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	96	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.218	0.206	5.5	99	-0.01
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.499	1.521	-1.5	102	0.00
16		Acenaphthylene	1.866	1.809	3.1	101	0.00
17		Acenaphthene	1.184	1.185	-0.1	102	0.00
18		Fluorene	1.570	1.576	-0.4	101	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	96	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.234	0.232	0.9	103	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.270	0.270	0.0	100	0.00
22		Pentachlorophenol	0.108	0.091	15.7	98	0.00
23		Phenanthrene	1.221	1.218	0.2	101	-0.01
24		Anthracene	1.121	1.090	2.8	101	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.211	1.197	1.2	100	0.00
26		Fluoranthene	1.470	1.459	0.7	100	0.00
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	98	-0.01
28		Pyrene	1.396	1.382	1.0	100	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.921	0.915	0.7	100	0.00
30		Benzo(a)anthracene	1.446	1.400	3.2	98	0.00
31		Chrysene	1.403	1.401	0.1	99	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.964	0.843	12.6	97	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.733	1.749	-0.9	101	0.00
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	96	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	1.329	1.314	1.1	100	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	1.305	1.337	-2.5	104	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	1.253	1.246	0.6	101	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.280	1.293	-1.0	101	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.296	1.296	0.0	100	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN120519\
Data File : BN008845.D
Acq On : 05 Dec 2019 10:56
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 05 12:23:06 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN120419.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Dec 04 15:42:09 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0