Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082620\
Data File : BN011644.D
Acq On : 26 Aug 2020 14:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 26 15:45:32 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082420.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 25 03:31:11 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	97	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.620	0.674	-8.7	109	-0.02
3		n-Nitrosodimethylamine	0.653	0.774	-18.5	107	0.00
4	S	2-Fluorophenol	1.279	1.199	6.3	90	0.00
5	S	Phenol-d6	1.808	1.609	11.0	82	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.285	1.304	-1.5	98	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	86	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.346	0.385	-11.3	98	-0.03
9		Naphthalene	1.137	1.140	-0.3	92	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.238	0.248	-4.2	96	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.757	0.719	5.0	89	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.839	0.804	4.2	88	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	77	-0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.220	0.192	12.7	69	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.557	1.639	-5.3	85	-0.01
16		Acenaphthylene	2.108	1.875	11.1	75	-0.01
17		Acenaphthene	1.337	1.320	1.3	81	-0.01
18		Fluorene	1.730	1.647	4.8	80	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	74	-0.01
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.046	0.058	-26.1#	112	-0.01
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.233	0.228	2.1	78	-0.01
22		Hexachlorobenzene	0.270	0.282	-4.4	81	0.00
23		Atrazine	0.230	0.159	30.9#	72	-0.01
24		Pentachlorophenol	0.119	0.128	-7.6	84	-0.01
25		Phenanthrene	1.243	1.262	-1.5	80	0.00
26		Anthracene	1.224	1.125	8.1	72	-0.01
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.304	1.285	1.5	80	0.00
28		Fluoranthene	1.506	1.532	-1.7	80	0.00
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	78	-0.01
30		Pyrene	1.418	1.346	5.1	79	0.00
31	S	Terphenyl-d14	1.022	0.980	4.1	78	0.00
32		Benzo(a)anthracene	1.443	1.414	2.0	80	0.00
33		Chrysene	1.375	1.424	-3.6	89	0.00
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	1.027	0.646	37.1#	55	-0.01
35		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.679	1.831	-9.1	90	-0.01
36	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	81	0.00
37		Benzo(b)fluoranthene	1.449	1.489	-2.8	89	0.00
38		Benzo(k)fluoranthene	1.441	1.526	-5.9	91	0.00
39	C	Benzo(a)pyrene	1.351	1.322	2.1	84	0.00
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.412	1.474	-4.4	90	-0.02
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.370	1.440	-5.1	90	-0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082620\
Data File : BN011644.D
Acq On : 26 Aug 2020 14:32
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 26 15:45:32 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082420.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Aug 25 03:31:11 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0