Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082919\
Data File : BN007494.D
Acq On : 29 Aug 2019 09:21
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 29 12:16:52 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 24 00:38:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	128	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.353	11.8	109	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.273	31.8#	84	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.331	17.3	106	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.347	13.3	117	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.386	3.5	124	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	148	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.353	11.8	137	0.00
9		Naphthalene	0.400	0.393	1.8	142	0.00
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.358	10.5	127	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.419	-4.7	153	0.00
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.422	-5.5	152	0.00
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	175	0.00
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.404	-1.0	180	0.00
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.371	7.3	158	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.357	10.8	154	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.391	2.3	167	0.00
18		Fluorene	0.400	0.401	-0.3	171	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	183	0.00
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.316	21.0	167	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.424	-6.0	191	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.307	23.3	150	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.410	-2.5	187	0.00
24		Anthracene	0.400	0.375	6.3	170	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.401	-0.3	177	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.410	-2.5	182	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	189	0.00
28		Pyrene	0.400	0.386	3.5	178	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.385	3.8	176	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.360	10.0	167	0.00
31		Chrysene	0.400	0.392	2.0	178	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.305	23.8	140	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.281	29.8#	128	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	154	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.418	-4.5	157	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.420	-5.0	156	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.380	5.0	142	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.333	16.8	124	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.345	13.8	129	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN082919\
Data File : BN007494.D
Acq On : 29 Aug 2019 09:21
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Aug 29 12:16:52 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN082319.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Sat Aug 24 00:38:17 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area% Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0