Quantitation Report (QT Reviewed)

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN101020\
Data File : BN012140.D
Acq On : 10 Oct 2020 01:44
Operator : CG/JU
Sample : L4303-09
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
ClientSampleId : FT-MW09I-20201003

Quant Time: Oct 10 05:13:53 2020
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\8270-SIM-BN092320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 09 18:10:29 2020
Response via : Initial Calibration

Compound	R.T.	QIon	Response	Conc	Units	Dev(Min)
Internal Standards						
1) 1,4-Dichlorobenzene-d4	7.643	152	1796	0.40	ng	0.00
7) Naphthalene-d8	10.415	136	7270	0.40	ng	# 0.00
13) Acenaphthene-d10	14.281	164	4354	0.40	ng	0.00
19) Phenanthrene-d10	17.029	188	9043	0.40	ng	# 0.00
29) Chrysene-d12	21.227	240	9379	0.40	ng	# 0.00
36) Perylene-d12	23.422	264	9834	0.40	ng	#-0.01
System Monitoring Compounds						
4) 2-Fluorophenol	5.243	112	1221	0.19	ng	0.00
5) Phenol-d6	6.813	99	791	0.10	ng	0.00
8) Nitrobenzene-d5	8.793	82	2189	0.29	ng	0.01
11) 2-Methylnaphthalene-d10	12.011	152	3351	0.29	ng	0.00
14) 2,4,6-Tribromophenol	15.778	330	882	0.42	ng	0.00
15) 2-Fluorobiphenyl	12.898	172	6261	0.38	ng	0.00
27) Fluoranthene-d10	19.062	212	9663	0.36	ng	0.00
31) Terphenyl-d14	19.668	244	8770	0.41	ng	0.00
Target Compounds						Qvalue
2) 1,4-Dioxane	3.213	88	278	0.09	ng	# 81
32) Benzo(a)anthracene	21.205	228	775	0.03	ng	# 75
33) Chrysene	21.259	228	892	0.03	ng	# 83
34) Bis(2-ethylhexyl)phtha...	21.142	149	803	0.04	ng	95

(#) = qualifier out of range (m) = manual integration (+) = signals summed

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN101020\
Data File : BN012140.D
Acq On : 10 Oct 2020 01:44
Operator : CG/JU
Sample : L4303-09
Misc :
ALS Vial : 16 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
ClientSampleId :
FT-MW09I-20201003

Quant Time: Oct 10 05:13:53 2020
Quant Method : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Methods\8270-SIM-BN092320.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Oct 09 18:10:29 2020
Response via : Initial Calibration