Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN121521\
Data File : BN018021.D
Acq On : 15 Dec 2021 12:34
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 16 03:43:02 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN121421.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Dec 14 01:08:04 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	0.249	0.237	4.8	85	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.373	0.326	12.6	80	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.867	0.856	1.3	91	0.00
5	S	Phenol-d6	0.869	0.838	3.6	92	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.027	1.004	2.2	88	0.00
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	87	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.284	0.218	23.2	75	0.01
9		Naphthalene	1.004	0.958	4.6	86	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.276	0.261	5.4	84	0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.663	0.631	4.8	87	0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.627	0.608	3.0	87	0.02
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	83	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.184	0.134	27.2#	88	0.03
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.394	1.381	0.9	87	0.03
16		Acenaphthylene	1.654	1.334	19.3	70	0.01
17		Acenaphthene	1.053	1.012	3.9	83	0.01
18		Fluorene	1.291	1.206	6.6	81	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	82	0.04
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.038	0.005	86.8#	26#	0.06
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.242	0.209	13.6	75	0.02
22		Hexachlorobenzene	0.289	0.277	4.2	81	0.02
23		Atrazine	0.168	0.119	29.2#	71	0.04
24		Pentachlorophenol	0.065	0.037	43.1#	108	0.04
25		Phenanthrene	1.018	0.993	2.5	84	0.02
26		Anthracene	0.919	0.784	14.7	74	0.04
27	SURR	Fluoranthene-d10	1.336	1.209	9.5	77	0.03
28		Fluoranthene	1.269	1.216	4.2	80	0.03
29	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	82	0.04
30		Pyrene	1.313	1.230	6.3	77	0.03
31	S	Terphenyl-d14	0.834	0.808	3.1	81	0.04
32		Benzo(a)anthracene	1.203	1.035	14.0	78	0.04
33		Chrysene	1.283	1.258	1.9	80	0.04
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.591	0.313	47.0#	50#	0.04
35	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	71	0.07
36		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.339	1.040	22.3	59	0.11
37		Benzo(b)fluoranthene	1.188	1.156	2.7	74	0.06
38		Benzo(k)fluoranthene	1.160	1.147	1.1	74	0.06
39	C	Benzo(a)pyrene	1.210	1.095	9.5	67	0.07
40		Dibenzo(a,h)anthracene	1.044	0.755	27.7#	58	0.12
41		Benzo(g,h,i)perylene	1.253	0.988	21.1	58	0.13

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN121521\
Data File : BN018021.D
Acq On : 15 Dec 2021 12:34
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 16 03:43:02 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN121421.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Dec 14 01:08:04 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0