Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN121521\
Data File : BN018021.D
Acq On : 15 Dec 2021 12:34
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 16 03:43:02 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN121421.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Dec 14 01:08:04 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	88	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.380	5.0	85	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.350	12.5	80	0.00
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.395	1.3	91	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.386	3.5	92	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.391	2.3	88	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	87	0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.307	23.3	75	0.01
9		Naphthalene	0.400	0.382	4.5	86	0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.378	5.5	84	0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.381	4.8	87	0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.388	3.0	87	0.02
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	83	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.400	0.0	88	0.03
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.396	1.0	87	0.03
16		Acenaphthylene	0.400	0.323	19.3	70	0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.385	3.8	83	0.01
18		Fluorene	0.400	0.374	6.5	81	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	82	0.04
20		4,6-Dinitro-2-methylphenol	0.400	0.247	38.3#	26	0.06
21		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.344	14.0	75	0.02
22		Hexachlorobenzene	0.400	0.383	4.3	81	0.02
23		Atrazine	0.400	0.308	23.0	71	0.04
24		Pentachlorophenol	0.400	0.432	-8.0	108	0.04
25		Phenanthrene	0.400	0.390	2.5	84	0.02
26		Anthracene	0.400	0.341	14.8	74	0.04
27	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.362	9.5	77	0.03
28		Fluoranthene	0.400	0.383	4.3	80	0.03
29	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	82	0.04
30		Pyrene	0.400	0.375	6.3	77	0.03
31	S	Terphenyl-d14	0.400	0.388	3.0	81	0.04
32		Benzo(a)anthracene	0.400	0.344	14.0	78	0.04
33		Chrysene	0.400	0.392	2.0	80	0.04
34		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.212	47.0#	50	0.04
35	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	71	0.07
36		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.311	22.3	59	0.11
37		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.389	2.8	74	0.06
38		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.396	1.0	74	0.06
39	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.362	9.5	67	0.07
40		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.289	27.8#	58	0.12
41		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.315	21.3	58	0.13

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\svoasrv\HPCHEM1\BNA_N\Data\BN121521\
Data File : BN018021.D
Acq On : 15 Dec 2021 12:34
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Dec 16 03:43:02 2021
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA_N\METHODS\8270-SIM-BN121421.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Dec 14 01:08:04 2021
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0