Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070819\
Data File : BN006748.D
Acq On : 08 Jul 2019 09:10
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 08 10:03:20 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN070219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 05 05:30:28 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	1.000	1.000	0.0	80	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.625	0.685	-9.6	88	-0.04
3		n-Nitrosodimethylamine	0.471	0.476	-1.1	87	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	1.086	0.982	9.6	75	0.00
5	S	Phenol-d6	1.375	1.314	4.4	80	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	1.162	1.332	-14.6	103	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	1.000	1.000	0.0	86	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.307	0.288	6.2	85	-0.01
9		Naphthalene	1.094	1.186	-8.4	90	-0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.222	0.250	-12.6	89	-0.03
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.601	0.671	-11.6	93	-0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.812	0.772	4.9	87	-0.02
13	I	Acenaphthene-d10	1.000	1.000	0.0	96	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.197	0.204	-3.6	107	-0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	1.565	1.609	-2.8	96	-0.02
16		Acenaphthylene	1.994	2.039	-2.3	97	-0.02
17		Acenaphthene	1.271	1.408	-10.8	100	-0.02
18		Fluorene	1.578	1.737	-10.1	101	-0.01
19	I	Phenanthrene-d10	1.000	1.000	0.0	104	-0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.236	0.244	-3.4	107	-0.02
21		Hexachlorobenzene	0.280	0.317	-13.2	111	-0.01
22		Pentachlorophenol	0.040	0.048	-20.0	180#	-0.04
23		Phenanthrene	1.153	1.192	-3.4	105	-0.01
24		Anthracene	1.042	1.016	2.5	101	-0.01
25	SURR	Fluoranthene-d10	1.144	1.288	-12.6	111	-0.01
26		Fluoranthene	1.354	1.484	-9.6	108	-0.01
27	I	Chrysene-d12	1.000	1.000	0.0	112	-0.01
28		Pyrene	1.601	1.599	0.1	107	-0.01
29	S	Terphenyl-d14	0.921	0.985	-6.9	115	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	1.380	1.383	-0.2	104	-0.02
31		Chrysene	1.422	1.551	-9.1	117	-0.02
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	4.115	0.684	83.4#	29#	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	1.701	1.917	-12.7	116	-0.04
34	I	Perylene-d12	1.000	1.000	0.0	115	-0.03
35		Benzo(b)fluoranthene	1.284	1.341	-4.4	112	-0.02
36		Benzo(k)fluoranthene	1.392	1.510	-8.5	117	-0.02
37	C	Benzo(a)pyrene	1.244	1.311	-5.4	111	-0.03
38		Dibenzo(a,h)anthracene	1.236	1.294	-4.7	112	-0.04
39		Benzo(g,h,i)perylene	1.272	1.406	-10.5	119	-0.04

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN070819\
Data File : BN006748.D
Acq On : 08 Jul 2019 09:10
Operator : HP/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jul 08 10:03:20 2019
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN070219.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Fri Jul 05 05:30:28 2019
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	AvgRF	CCRF	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0