Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN012120\
Data File : BN009412.D
Acq On : 21 Jan 2020 14:35
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 21 16:11:01 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN011420.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 14 09:33:55 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	110	-0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.406	-1.5	106	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.390	2.5	115	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.376	6.0	100	-0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.376	6.0	101	-0.02
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.374	6.5	112	-0.02
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	112	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.366	8.5	108	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.390	2.5	108	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.405	-1.3	111	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.400	0.0	112	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.394	1.5	111	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	121	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.341	14.8	110	-0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.385	3.8	116	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.352	12.0	111	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.381	4.8	115	0.00
18		Fluorene	0.400	0.379	5.3	114	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	126	-0.02
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.364	9.0	117	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.357	10.8	111	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.380	5.0	114	0.00
23		Phenanthrene	0.400	0.368	8.0	115	0.00
24		Anthracene	0.400	0.352	12.0	114	0.00
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.353	11.8	113	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.353	11.8	113	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	114	0.00
28		Pyrene	0.400	0.398	0.5	112	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.385	3.8	109	0.00
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.359	10.3	106	0.00
31		Chrysene	0.400	0.397	0.8	113	0.00
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.348	13.0	107	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.371	7.3	103	0.00
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	114	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.361	9.8	107	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.399	0.3	108	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.376	6.0	108	0.00
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.349	12.8	101	0.00
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.368	8.0	104	0.00

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN012120\
Data File : BN009412.D
Acq On : 21 Jan 2020 14:35
Operator : JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 21 16:11:01 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN011420.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 14 09:33:55 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0