Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN012420\
Data File : BN009433.D
Acq On : 23 Jan 2020 20:52
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 24 12:17:29 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN011420.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 14 09:33:55 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	112	0.00
2		1,4-Dioxane	0.400	0.399	0.3	107	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.334	16.5	101	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.432	-8.0	118	0.00
5	S	Phenol-d6	0.400	0.443	-10.7	122	0.00
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.394	1.5	121	0.00
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	123	-0.01
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.403	-0.8	130	-0.01
9		Naphthalene	0.400	0.401	-0.3	122	-0.01
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.400	0.0	119	-0.01
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.396	1.0	122	-0.01
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.407	-1.7	126	-0.01
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	133	-0.02
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.423	-5.7	150	-0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.406	-1.5	134	0.00
16		Acenaphthylene	0.400	0.385	3.8	133	0.00
17		Acenaphthene	0.400	0.385	3.8	127	0.00
18		Fluorene	0.400	0.376	6.0	124	0.00
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	130	-0.02
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.393	1.8	130	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.416	-4.0	133	0.00
22		Pentachlorophenol	0.400	0.463	-15.8	158	-0.02
23		Phenanthrene	0.400	0.388	3.0	125	0.00
24		Anthracene	0.400	0.390	2.5	131	-0.02
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.372	7.0	123	-0.01
26		Fluoranthene	0.400	0.379	5.3	125	-0.01
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	130	-0.01
28		Pyrene	0.400	0.390	2.5	125	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.403	-0.8	130	-0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.412	-3.0	139	0.00
31		Chrysene	0.400	0.385	3.8	125	-0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.551	-37.8#	194	-0.01
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.369	7.8	117	-0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	131	-0.01
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.369	7.8	126	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.364	9.0	114	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.379	5.3	126	-0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.358	10.5	119	-0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.346	13.5	113	-0.02

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN012420\
Data File : BN009433.D
Acq On : 23 Jan 2020 20:52
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Jan 24 12:17:29 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN011420.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Tue Jan 14 09:33:55 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0