Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN030920\
Data File : BN010143.D
Acq On : 09 Mar 2020 11:27
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 09 17:06:36 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN021920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 19 15:57:43 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	96	-0.05
2		1,4-Dioxane	0.400	0.425	-6.2	103	-0.05
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.367	8.3	100	-0.02
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.399	0.3	100	-0.04
5	S	Phenol-d6	0.400	0.371	7.3	94	-0.03
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.407	-1.7	102	-0.05
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	107	-0.05
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.335	16.3	96	-0.03
9		Naphthalene	0.400	0.388	3.0	107	-0.05
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.402	-0.5	108	-0.06
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.400	0.0	111	-0.04
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.396	1.0	110	-0.05
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	115	-0.05
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.400	0.0	128	-0.04
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.368	8.0	110	-0.05
16		Acenaphthylene	0.400	0.382	4.5	122	-0.05
17		Acenaphthene	0.400	0.379	5.3	113	-0.05
18		Fluorene	0.400	0.372	7.0	110	-0.04
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	110	-0.04
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.044	89.0#	41	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.395	1.3	114	-0.05
22		Pentachlorophenol	0.400	0.417	-4.2	115	-0.04
23		Phenanthrene	0.400	0.361	9.8	107	-0.04
24		Anthracene	0.400	0.359	10.3	110	-0.04
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.361	9.8	107	-0.04
26		Fluoranthene	0.400	0.359	10.3	107	-0.04
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	110	-0.04
28		Pyrene	0.400	0.378	5.5	107	-0.04
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.368	8.0	104	-0.04
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.370	7.5	115	-0.04
31		Chrysene	0.400	0.352	12.0	100	-0.03
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.358	10.5	110	-0.04
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.403	-0.8	111	-0.07
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	115	-0.05
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.354	11.5	111	-0.05
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.377	5.8	114	-0.05
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.376	6.0	111	-0.05
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.366	8.5	112	-0.08
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.372	7.0	113	-0.08

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN030920\
Data File : BN010143.D
Acq On : 09 Mar 2020 11:27
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 09 17:06:36 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN021920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Feb 19 15:57:43 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0