Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031120\
Data File : BN010193.D
Acq On : 11 Mar 2020 15:41
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument : BNA_N
LabSampleId : SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 12 07:26:12 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN021920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 11 17:37:44 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

		Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)
1	I	1,4-Dichlorobenzene-d4	0.400	0.400	0.0	97	0.02
2		1,4-Dioxane	0.400	0.345	13.8	84	0.00
3		n-Nitrosodimethylamine	0.400	0.502	-25.5#	139	0.04
4	S	2-Fluorophenol	0.400	0.300	25.0#	76	0.02
5	S	Phenol-d6	0.400	0.446	-11.5	114	0.07
6		bis(2-Chloroethyl)ether	0.400	0.326	18.5	82	0.04
7	I	Naphthalene-d8	0.400	0.400	0.0	72	0.03
8	S	Nitrobenzene-d5	0.400	0.380	5.0	73	0.05
9		Naphthalene	0.400	0.405	-1.3	75	0.03
10		Hexachlorobutadiene	0.400	0.438	-9.5	79	0.00
11	SURR	2-Methylnaphthalene-d10	0.400	0.422	-5.5	79	0.02
12		2-Methylnaphthalene	0.400	0.415	-3.7	77	0.03
13	I	Acenaphthene-d10	0.400	0.400	0.0	73	0.01
14	S	2,4,6-Tribromophenol	0.400	0.368	8.0	75	0.02
15	S	2-Fluorobiphenyl	0.400	0.373	6.8	71	0.02
16		Acenaphthylene	0.400	0.380	5.0	77	0.01
17		Acenaphthene	0.400	0.406	-1.5	77	0.01
18		Fluorene	0.400	0.369	7.8	69	0.01
19	I	Phenanthrene-d10	0.400	0.400	0.0	70	0.01
20		4-Bromophenyl-phenylether	0.400	0.120	70.0#	36	0.00
21		Hexachlorobenzene	0.400	0.396	1.0	72	0.01
22		Pentachlorophenol	0.400	0.422	-5.5	75	0.02
23		Phenanthrene	0.400	0.383	4.3	72	0.01
24		Anthracene	0.400	0.371	7.3	72	0.02
25	SURR	Fluoranthene-d10	0.400	0.369	7.8	69	0.00
26		Fluoranthene	0.400	0.364	9.0	69	0.00
27	I	Chrysene-d12	0.400	0.400	0.0	73	0.01
28		Pyrene	0.400	0.372	7.0	70	0.00
29	S	Terphenyl-d14	0.400	0.370	7.5	69	0.01
30		Benzo(a)anthracene	0.400	0.362	9.5	74	0.01
31		Chrysene	0.400	0.417	-4.2	78	0.01
32		Bis(2-ethylhexyl)phthalate	0.400	0.417	-4.2	84	0.00
33		Indeno(1,2,3-cd)pyrene	0.400	0.409	-2.2	75	0.01
34	I	Perylene-d12	0.400	0.400	0.0	75	0.00
35		Benzo(b)fluoranthene	0.400	0.375	6.3	77	0.00
36		Benzo(k)fluoranthene	0.400	0.428	-7.0	84	0.00
37	C	Benzo(a)pyrene	0.400	0.380	5.0	73	0.01
38		Dibenzo(a,h)anthracene	0.400	0.357	10.8	71	0.02
39		Benzo(g,h,i)perylene	0.400	0.402	-0.5	80	0.01

Evaluate Continuing Calibration Report

Data Path : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\DATA\BN031120\
Data File : BN010193.D
Acq On : 11 Mar 2020 15:41
Operator : CG/JU
Sample : SSTDCCC0.4
Misc :
ALS Vial : 2 Sample Multiplier: 1

Instrument :
BNA_N
LabSampleId :
SSTDCCC0.4

Quant Time: Mar 12 07:26:12 2020
Quant Method : Z:\SVOASRV\HPCHEM1\BNA N\METHODS\8270-SIM-BN021920.M
Quant Title : ASP BNA STANDARDS FOR 5 POINT CALIBRATION
QLast Update : Wed Mar 11 17:37:44 2020
Response via : Initial Calibration

Min. RRF : 0.000 Min. Rel. Area : 50% Max. R.T. Dev 0.50min
Max. RRF Dev : 25% Max. Rel. Area : 150%

Compound	Amount	Calc.	%Dev	Area%	Dev(min)

(#) = Out of Range SPCC's out = 0 CCC's out = 0